



MINISTÈRE DES ARMÉES

*Liberté
Égalité
Fraternité*

CERAH

1, Bellevue - BP 50719
57147 WOIPPY Cedex
Tél. 03 87 51 30 30
<https://cerahtec.invalides.fr>



**INSTITUTION
NATIONALE DES
INVALIDES**

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

N°22-140-A

Modèle Bentley LT-R

| 1. | Demandeur - Titulaire | Fabricant | Mandataire |
|----|---|---|---|
| | DGK MEDICAL FRANCE Parc des Activités Économiques 62180 VERTON FRANCE | PRODUCT DESIGN GROUP INC Unité 103-318 Avenue East Kent Su C.-B. V5X 4N6 VANCOUVER CANADA | ADVENA LIMITED Tower Business Centre -2 nd floor Tower Street BKR 4013 SWATAR MALTE |

2. **Texte de référence**
SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES VEHICULES POUR HANDICAPES PHYSIQUES. Arrêté du 26 juin 2003 (Journal Officiel du 6 septembre 2003). Titre IV de la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR). prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Chapitre I - Fauteuils roulants. A - Fauteuils roulants à propulsion manuelle. I - Fauteuils roulants non pliants et pliants à propulsion manuelle

3. **Classification du matériel**
Code générique :
4118193 - VHP, propulsion manuelle, pliant, à dossier inclinable.
Code individuel : non disponible

4. **Largeur de siège (cm)**
35.5, 38, 40.5, 43, 46, 48, 51, 53, 56

5. **Poids maximum utilisateur (kg)**
113

6. **Validité**
Valable 5 ans à partir de la date de délivrance.



IN-CERAH GRAMER J.M.

Les réglages d'inclinaison du siège et dossier par vérins électriques ne sont pas couverts par ce certificat de conformité

Ce certificat est émis au vu des résultats d'essais effectués du 17-03-2023 au 12-04-2023. Toute modification du matériel entraîne la nullité du présent certificat de conformité.

**Le Chef de l'Unité Expertise des Appareillages
Responsable du service des essais**

Alain Pawlowski
Alain Pawlowski